MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-718	PS/PRV/75613

PRODUCTO
Galerías ID 32 C, referencia 32200

FINALIDAD PREVISTA
Sistema estandarizado cualitativo para la identificación de levaduras.

Nº LOTE
1008781060

FABRICANTE
BioMerieux SA, Francia.

DISTRIBUIDOR
- BioMérieux España S.A.U. Calle Manuel Tovar 45-47, 28034 Madrid.
- Microlab 2000 S.L., Avenida el Minero, 62, Bajo D, 48500, Gallarta, País Vasco.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el lote 1008781060 de las galerías ID 32 C, con referencia 32200, debido a un defecto en el formado térmico de las galerías.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/12/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B D 5 X T F 4 D 1 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89