MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-717	PS/TS/75125
PRODUCTO Sellador/divisor laparoscópico de punta roma LigaSure™, nano-revestido (código artículo LF1837)	
Nº LOTE 11320187X	
FABRICANTE Covidien IIc, EE.UU.	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica S.A. Calle María de Portugal, 11 28050 Madrid	
ASUNTO Retirada del mercado del lote 11320187X del sellador/divisor laparoscópico de punta roma LigaSure™, debido a fallos en la apertura de las mandíbulas del dispositivo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/12/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: N C E N T 7 S A 7 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89