MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2021-720 | PS/PF/75614 |

**PRODUCTO**
Productos sanitarios estériles fabricados por Henry Schein Inc., EEUU.
(Ver referencias y números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.)

**FABRICANTE**
Henry Schein Inc., EEUU.

**DISTRIBUIDOR**
Henry Schein España, S.A.U., Av. Albufera 153, 8ª planta, 28038 Madrid.

**ASUNTO**
Retirada del mercado de determinadas referencias y números de lote de varios productos sanitarios estériles fabricados por Henry Schein Inc., EEUU, debido a que no se puede garantizar un correcto proceso de esterilización por parte del proveedor de los servicios de esterilización profesional por contrato.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**
- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 29/12/2021**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: Z 2 5 A 4 F Z 9 9 C**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89