MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-722	PS/MAM/75577

PRODUCTO
Interruptor de pedal inalámbrico 3P de los sistemas Zenition 50, Zenition 70 y Veradius Unity
Nº de modelo: 459801238191 y 459801238231

FINALIDAD PREVISTA
Accesorio de los sistemas Zenition 50, Zenition 70 y Veradius Unity de Philips que permite activar la exposición y la adquisición de imágenes fluoroscópicas en tiempo real.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Netherlands BV.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A. C/María de Portugal 1, 28050. Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados interruptores del pedal inalámbrico de los sistemas Zenition 50, Zenition 70 y Veradius Unity, debido a que podrían dejar de responder de forma repentina.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/12/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Y J D 9 K G D 5 B B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89