ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-003	PS/MAM/74482

PRODUCTO
Prolongador caudal del sistema de posicionamiento del paciente (PHS) de los sistemas Biograph PET/CT.

FINALIDAD PREVISTA
Accesorio del sistema de posicionamiento del paciente, para colocar a un paciente para un examen.

FABRICANTE
Siemens Medical Solutions USA, Inc. Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el prolongador caudal del PHS utilizado en los sistemas Biograph PET/CT, debido al riesgo de caída del paciente por su uso y/o el montaje incorrecto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa