MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-001	PS/TS/75052
PRODUCTO BV Vectra, modelo 718400	
FINALIDAD PREVISTA Sistema móvil de visualización y adquisición de imágenes radiográficas para el diagnóstico	
FABRICANTE Philips India Limited, India	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica S.A.U. C/María de Portugal, 1 28050 Madrid	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema BV Vectra, al no especificar en las Instrucciones de Uso la temperatura máxima del depósito de rayos X y del intensificador de imágenes del sistema.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/01/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E A P 4 S 8 7 2 4 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89