MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-005	PS/TS/75178

PRODUCTO

Kits de diagnóstico in vitro de analizadores por inmunoensayo fluorescente
B·R·A·H·M·S CA15-3 KRYPTOR
B·R·A·H·M·S Prolactin KRYPTOR
B·R·A·H·M·S Total PSA KRYPTOR
B·R·A·H·M·S SCC KRYPTOR
Ver números de referencia de kits afectados en la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE

Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

B·R·A·H·M·S GmbH, part of Thermo Fisher Scientific. Alemania.

ASUNTO

Cese de utilización de determinados lotes de B·R·A·H·M·S CA15-3 KRYPTOR, B·R·A·H·M·S Prolactin KRYPTOR, B·R·A·H·M·S Total PSA KRYPTOR y B·R·A·H·M·S SCC KRYPTOR debido a posibles fugas en los viales de los kits.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/01/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C P K L 7 2 4 B 3 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89