MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-007	PS/JMP/75466

PRODUCTO

- Kit DELFIA® Xpress hAFP
- Kit DELFIA® Xpress Free hCGß
- Kit DELFIA® Xpress PAPP-A
- Kit DELFIA® Xpress hCG

Ver nº de kit y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

PerkinElmer Wallac Oy, Finlandia

DISTRIBUIDOR

PerkinElmer Wallac Oy, Finlandia

ASUNTO

Advertencia de seguridad y cese de utilización relacionados con determinados kits DELFIA Xpress para hAFP, Free hCGß, PAPP-A y hCG, debido a la posibilidad de obtención de valores disminuidos en las mediciones de los analitos

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/01/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 C 2 8 6 B Q 3 7 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89