MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-012	PS/PF/75666

PRODUCTO
Ensayo de fluorescencia indirecta para el virus del herpes humano 8.
UDI-DI 00813545025977. Nº de referencia I-HV804G.

FINALIDAD PREVISTA
Detección de anticuerpos IgG frente al antígeno lítico del herpesvirus humano 8 en suero o plasma humanos.

Nº LOTE
20781

FABRICANTE
Scimedx Corporation, EEUU.

DISTRIBUIDOR
DIASORIN IBERIA S.A, Av. de la Vega 1, 28108 Alcobendas, Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 20278 del ensayo de fluorescencia indirecta para el virus del herpes humano 8 (HHV8) debido a que, por error, se ha incluido en el kit el portaobjetos para el Herpesvirus humano 6.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 14/01/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 Y 9 6 6 Y 4 C B A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89