DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-017	PS/PRV/75999

PRODUCTO
Analizador BD Veritor™ Plus. Referencia 256066

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivo portátil que permite realizar pruebas de influenza A+B, Streptococcus grupo A, pruebas de Virus Sincilial Respiratorio (VSR) y detección de antígenos para el SARS-CoV-2.

FABRICANTE
Becton Dickinson and Company, EEUU

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson S.A., Camino de Valdeoliva s/n, 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el analizador BD Veritor™ Plus debido a un posible sobrecalentamiento cuando se usa con un adaptador de corriente alterna no autorizado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/01/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C J G 2 8 Y Z 4 C 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89