MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-019	PS/PPR/75953
PRODUCTO Perfusor Space, código 8713030	
FINALIDAD PREVISTA Bomba de infusión de jeringa para la administración de medicamentos.	
Nº SERIE 624916, 625035, 625092, 625790, 625792, 625806, 625813, 625814, 625821, 625829, 625836, 625837, 625841, 625849, 627021, 634113, 634121, 634127, 634129, 634132, 634137, 634139	
FABRICANTE B. Braun Melsungen AG, Alemania	
DISTRIBUIDOR B. Braun Medical, S.A. Carretera de Terrassa 121, 08191 Rubí, Barcelona	
ASUNTO Cese de utilización de determinados números de serie de las bombas de infusión Perfusor Space debido a la posibilidad de que no hayan pasado por los procesos de inspección correspondientes previos a su comercialización.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/01/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: X 4 5 7 P D Q 3 4 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89