MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-027	PS/TS/75299
PRODUCTO Vscan Extend	
FINALIDAD PREVISTA Sistema de diagnóstico por imágenes de ultrasonido de uso general	
VERSION SOFTWARE Versión de software R1.2.3 o anterior	
FABRICANTE GE Vingmed Ultrasound AS, Noruega	
DISTRIBUIDOR General Electric Healthcare España SAU. C/Gobelas 35-37, 28023 Madrid	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas versiones de software Vscan Extend, debido a la posibilidad de que el equipo no se encienda por el agotamiento de una batería interna.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 24/01/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: A X J L 7 Y 7 3 E 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89