MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2022-030 | PS/TS/76069 |

**PRODUCTO**
Sistema de endoprótesis Endurant™ II/IIs.
Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa

**FINALIDAD PREVISTA**
Tratamiento endovascular de los aneurismas aórticos o aorto-ilíacos abdominales infrarrenales

**Nºs SERIE**
Ver nºs de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

**FABRICANTE**
Medtronic Inc., EE.UU.

**DISTRIBUIDORES**

- Medtronic Ibérica SA Calle María de Portugal, 11 28050 Madrid
- CSA Técnicas Médicas SL Calle Eufrates 48 41020 Sevilla

**ASUNTO**
Retirada del mercado de determinados modelos y nºs de serie de los sistemas de endoprótesis Endurant™ II/IIs, debido a la posibilidad de que la punta cónica se desprenda del sistema de liberación durante el procedimiento de implantación.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 24/01/2022**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: J S W Z L A 4 1 0 A**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89