DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-034	PS/EPG/76123

PRODUCTO

- BenchMark ULTRA, modelo: 05342716001; UDI: 04015630981052.
- DISCOVERY ULTRA (RUO), modelo: 05987750001; UDI: 07613336157923.

FINALIDAD PREVISTA

Sistema de tinción de portaobjetos.

FABRICANTE

Ventana Medical Systems Inc, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR

Roche Diagnostics SL. Avenida Generalitat 171-173, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con los productos BenchMark ULTRA y DISCOVERY ULTRA debido a la posibilidad de que se produzcan fugas de líquido que generen cortocircuitos eléctricos dentro de los instrumentos, lo que podría provocar lesiones por inhalación de humo y/o contacto directo con el fuego.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 26/01/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6 W A L E 9 W C B 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89