MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-036	PS/PPR/76070

PRODUCTO
NavitrackER® Kit A: Rodilla, nº de artículo 20-8000-000-07
UDI (01) 00889024304222(17)231103(10)110221A1

FINALIDAD PREVISTA
Subsistema de seguimiento tridimensional previsto para utilizarse junto con los instrumentos estereotácticos especializados de Zimmer como ayuda para el cirujano en la determinación de los ejes de alineación de referencia en relación a puntos de referencia anatómicos, y para colocar los instrumentos de alineación con respecto a estos ejes mediante la visualización de sus ubicaciones.

Nº LOTE
110221A1

FABRICANTE
Zimmer CAS, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Zimmer Biomet Spain, S.L.U. Edifico Sertram II. C/ Metalurgia, 32-34 08038. Barcelona

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 110221A1 del marcador NavitrackER® Kit A: Rodilla, nº de artículo 20-8000-000-07, debido a que su esterilidad podría estar comprometida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 26/01/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: S D 9 J 4 W T 1 E A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89