MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-048	PS/PPR/76274

PRODUCTO
Analytical Column MassChrom® Free Metanephrines in plasma, nº de pedido 81100

FINALIDAD PREVISTA
El kit MassChrom® Metanefrinas libres en plasma es un producto de diagnóstico *in vitro* para su uso en laboratorios clínicos que sirve para el análisis cuantitativo de metanefrina libre, normetanefrina libre y 3-metoxitiramina libre en muestras humanas de plasma mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Se usa para facilitar el diagnóstico del feocromocitoma y el paraganglioma.

Nº LOTE
0221, 0521, 1121, 2121, 0720, 1520, 2920 y 3819

FABRICANTE
Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
TEKNOKROMA ANALITICA SA. Camí de Can Calders 14, Sant Cugat del Vallès, 08173 Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes de la Analytical Column MassChrom® Free Metanephrines in plasma con nº de pedido 81100, debido una reducción del rendimiento cromatográfico.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 02/02/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: T 9 F W E 7 Q 8 6 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89