MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-051	PS/MAM/76667
PRODUCTO Sistemas de ultrasonido ACUSON Juniper Nº de modelo: 11361954	
FINALIDAD PREVISTA Sistema de ultrasonido maniobrable y digital para la captura de imágenes de ultrasonido de diagnóstico.	
VERSION SOFTWARE VA10D, VA10E, VA10F	
FABRICANTE Siemens Medical Solutions USA, Inc. Ultrasound. Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906. Getafe, Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con determinadas versiones de software del sistema de ultrasonido ACUSON Juniper, debido a un posible fallo en la función de almacenamiento de clip cuando tiene un error de disco lleno.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 04/02/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B 3 S Q 9 K 6 1 D 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89