MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-064	PS/TS/75233

PRODUCTO

Agujas Kirschner de 1.4 mm de diámetro y 15 cm, con punta trocar y terminal redondo P/10, referencia 76.10.64

Nº LOTE

La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los nº de lote/serie afectados

FABRICANTE

Medicon eG, Alemania

DISTRIBUIDORES

- Exclusivas Quirúrgicas Teko S.L. Calle Francisco de Quevedo 5, bajo 26006 Logroño
- Aldimesa Alicantina de distribuciones médicas SA Avda. Albufereta, 44 03016 Alicante

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes de la referencia 76.10.64 de agujas Kirschner de 1.4 mm de diámetro, debido a que se han detectado agujas de 1.6 mm de diámetro en su lugar.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 14/02/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: S S J K E 8 A 3 C E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89