MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-063	PS/TS/76150

PRODUCTO
Controlador de flujo de gas AquaVENT® FD140i.
Códigos del producto: AMFD140i-UK, AMFD140i-EU, AMFD140i-UK2, AMFD140i-EU2

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivo de terapia respiratoria. Ayuda a la respiración mediante presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) y oxigenoterapia de alto flujo (HFOT) en pacientes en un entorno hospitalario

Nºs SERIE
Ver en anexo B de la nota de aviso de la empresa

VERSION SOFTWARE
1.01

FABRICANTE
Armstrong Medical Limited, Reino Unido

DISTRIBUIDOR
Martín Vecino P.I. Cobo Calleja C/ León 80 28947 Fuenlabrada (Madrid)

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el controlador de flujo de gas AquaVENT® FD140i, debido a la posibilidad de que se produzca su apagado inesperado durante su uso con la energía de la batería.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 14/02/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Q 7 2 2 Y G 7 5 8 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89