ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-068	PS/AGM/76445

PRODUCTO
AER ED-Flow y AER ED-Flow SD de Getinge

FINALIDAD PREVISTA
Lavadoras desinfectadoras reprocesadoras automáticas de endoscopios (AER) que llevan a cabo el lavado, la desinfección y el aclarado de endoscopios flexibles

Nº SERIE
Todos los fabricados desde el 2010 hasta el 20/10/2021
La empresa proporcionará los números de serie de los equipos afectados a cada centro en el Formulario de respuesta del cliente de la nota de aviso.

FABRICANTE
Getinge Disinfection AB, Suecia

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain S.L. , C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2 ,28521, Rivas Vaciamadrid, Comunidad de Madrid, España

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con los equipos AER ED-Flow y AER ED-Flow SD de Getinge, debido a que la válvula de agua entrante puede quedar atascada en posición abierta provocando una fuga de agua.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 16/02/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: X G P 3 9 P F 0 C 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89