MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-074	PS/AGM/76663

PRODUCTO
Sistemas de resonancia magnética (MRI) de GE Healthcare con imanes superconductores.

FABRICANTE
- GE Medical Systems, LLC, Estados Unidos
- GE Healthcare (Tianjin) Company Limited, República Popular China

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España. S.A.U., C/ Gobelas 35, 28023, Madrid, España

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas de resonancia magnética de GE Healthcare, debido a la posibilidad de fallo en el sistema de venteo criogénico.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa
- Listado de productos

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 16/02/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: A 9 K N E F Y 7 F 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89