MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-077	PS/MAM/75876

PRODUCTO
Sets quirúrgicos Biocon.
Ver n^{os} de artículo afectados en la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Biocon Medizintechnik GmbH. Alemania.

DISTRIBUIDOR

- Global Surgical Service S.L. Parque tecnológico de Paterna. Ronda Guglielmo Marconi 11, Edificio B. 46980, Paterna. Valencia.
- W. M. BLOSS, S. A. Calle Concilio de Trento, 37-39. 08018, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de sets quirúrgicos Biocon debido a que no se puede garantizar la esterilidad de los productos

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 17/02/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: A 2 R G 3 F C 6 9 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89