DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-093	PS/SI/77070

PRODUCTO
Dispositivo de fijación de malla de hernias LiquiBand FIX8 (código de producto: FX002)
UDI-DI: 05036912001229

FINALIDAD PREVISTA

Fijación de malla herniaria para reparación herniaria por cirugía abierta

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Advanced Medical Solutions Ltd. Reino Unido

DISTRIBUIDOR
PROHOSA. Gran Via de Hortaleza, 57 28043 MADRID

ASUNTO
Cese de utilización de determinados lotes del dispositivo de fijación para mallas de hernias LiquiBandFIX8®, debido a un posible defecto mecánico que provoca una fuga incontrolada de pegamento desde la punta distal del dispositivo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/02/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Q 2 X B C V A 3 E E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89