MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-092	PS/PRV/76164

PRODUCTO
Detergente Instru Plus.

FINALIDAD PREVISTA
Detergente líquido para limpieza manual de instrumentos quirúrgicos y endoscopios.

FABRICANTE
Dr. Schumacher GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
LIBERA MÉDICA, S.L., Puerto Navacerrada, 69 – 28935 Móstoles, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el detergente Instru Plus fabricado por Dr Schumacher, debido a la posibilidad de ser confundido con un desinfectante con nombre idéntico (Instru Plus) fabricado por Dr Deppe.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/02/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: F Z 6 A Y N J D 8 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89