MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-090	PS/TS/76262

PRODUCTO
Dispositivo de embolización DERIVO® 2.
Ver números de artículo afectados en la nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA
Tratamiento de aneurismas intracraneales

FABRICANTE
Acandis GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Angionautix SL. Edificio Torre Europa. Paseo de la Castellana 95, planta 29 28046 Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados números de artículo del dispositivo de embolización DERIVO® 2, debido a una posible dificultad en su introducción a través del catéter.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/02/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J Z 5 N J Z R 8 5 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89