MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-094	PS/JMP/77088

PRODUCTOS
GOT Multi C_2F_6 75 ml, referencia: GOT 008-00

FINALIDAD PREVISTA
Gas puro de hexafluoretano (C_2F_6) para tamponamiento intraocular en cirugía vitreorretiniana

Nº LOTE
P21050002

FABRICANTE
Alchimia SRL, Italia

DISTRIBUIDOR
Medical Mix, S.L.U., C/Amposta 20, 08174, Sant Cugat del Vallés, Barcelona

ASUNTO
Retirada del mercado del lote P21050002 del producto GOT Multi C2F6 75 ml, con referencia GOT 008-00, debido a la falta de correspondencia entre la etiqueta de la bombona y las etiquetas de la bandeja de acondicionamiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/02/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 S J J Q Z D 3 F D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89