MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-097	PS/MAM/77071
PRODUCTO Mesas quirúrgicas CMAX 3, CMAX 3-DRIVE, CMAX 3E y CMAX 3E-DRIVE (fabricadas entre el 27 de abril de 2021 y el 27 de julio de 2021)	
Nº SERIE Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE STERIS SAS. Francia.	
DISTRIBUIDOR STERIS SAS. Avenue de Magudas 116. 33185, Le Haillan, Francia.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con determinadas mesas quirúrgicas CMAX 3, CMAX 3-DRIVE, CMAX 3E y CMAX 3E-DRIVE, debido a la posibilidad de rotura del pasador deslizable del motor.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 23/02/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Q Y P E A 6 A B 2 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89