MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-099	PS/SI/77386

PRODUCTO
Intrumento NextSeq™ 550Dx
Número catálogo 20005715

FINALIDAD PREVISTA
Analizador para la secuenciación de ácidos nucleicos in vitro.

Nº SERIE
NDX550427 y superior

FABRICANTE
Illumina, Inc. Paises Bajos

DISTRIBUIDOR
Illumina Productos España S.L.U Plaza Pablo Ruiz Picasso, No 1, Torre Picasso – Planta 38, 28020 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el Intrumento NextSeq™ 550Dx con número de serie NDX550427 y superior, debido a la posibilidad de cortocircuito dentro del recinto del instrumento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 24/02/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: N 4 C Q 6 C Z 7 D F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89