MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-081 corrección	PS/JMP/77135

PRODUCTOS

Sistemas de ventilación:

- Servo-u (modelo 6694800)
- Servo n (modelo 6688600)

Nº SERIE

Ver números de serie afectados en el Anexo I de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Maquet Critical Care AB, Suecia

DISTRIBUIDOR

- Getinge Group Spain S.L, C/ Marie Curie, 5, Ed. Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2. 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid
- IBERSURGICAL S.L, C/ Valle de la Ballestera 64B, 46015 Valencia
- ACJ, S.A, C/ Agualatente, 6 Las Torres, 35010 Las Palmas de Gran Canarias

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados modelos y números de serie de los sistemas de ventilación Servo-u y Servo-n, debido a que en determinadas circunstancias la placa de alimentación de AC/DC (PC 1955) podría dejar de funcionar, perdiendo el ventilador la alimentación de red.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa
- Anexo I Lista de Productos afectados en España

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 25/02/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E T N X 4 J T 6 1 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89