MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2022-105 | PS/PRV/77597 |

**PRODUCTO**

Analizador de sedimento de orina Atellica® UAS 800. Nº material de Siemens 11065004
Sistema de análisis de orina automatizado Atellica® 1500.

**FINALIDAD PREVISTA**

El analizador Atellica® UAS 800 es un sistema automático para el análisis de sedimentos de orina conectado al sistema de análisis de orina Atellica® 1500 automatizado

**FABRICANTE**

Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EE.UU.

**DISTRIBUIDOR**

Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15 C.P. 28906 Getafe (Madrid)

**ASUNTO**

Advertencia de seguridad relacionada con el analizador Atellica® UAS 800 utilizado con el sistema Atellica® 1500, debido a la posibilidad de que el amortiguador de gas que mantiene la puerta abierta falle, pudiendo golpear al usuario.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 28/02/2022**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: F 4 R 7 T L X 0 4 8**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89