ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-106	PS/TS/75935

PRODUCTOS

- Q-Stress® System
- XScribe™ System
- HScribe™ System
- Vision Express™ System
- Diagnostic Cardiology Suite™(DCS)
- Connex® Cardio ECG
- RScribe™ System

FINALIDAD PREVISTA

Dispositivos para análisis electrocardiográfico

VERSIÓN SOFTWARE

- Q-Stress 6.x.x (todas las versiones de 6.0.0 a 6.3.0)
- XScribe 5.xx a 6.x.x (todas las versiones de 5.01 a 6.3.0)
- HScribe 5.xx y 6.x.x (todas las versiones de 5.01 a 6.4.0)
- Vision Express 6.x.x (todas las versiones de 6.1.0 a 6.4.0)
- DCS 2.x.x (versión 2.1.0)
- Connex Cardio 1.x.x (versiones 1.0.0 a 1.1.1)
- RScribe - 5.xx, 6.x.x, y 7.x.x (todas las versiones desde la 5.01 hasta la 7.0.0)

FABRICANTE

Welch Allyn Limited, EE.UU.

DISTRIBUIDORES

- HELIANTHUS MEDICAL S.L. C/ Telecomunicaciones, 25 28923 Alcorcón (Madrid)
- ENDOOK EUROPA S.L C/ Comercio Nave 6 41960 Ginés (Sevilla)
- CLÍNICA Y CONTROL SA C/Habitat 2 15172 Oleiros (A Coruña)
- EQUIPAMIENTOS MEDICS CANTONI C/Sant Lluc 69 local 5 08918 Badalona
- TECNICAS BIOFISICAS (MALTESES) C/Malteses, 3 4º piso 35002 Las Palmas de Gran Canaria
- NORMEDAN Polígono Plazaola, Manzana F Nave 18, 31195 Aizoain (Navarra)
- IBERSURGICAL, S.L. C/Valle de la Ballestera, 64 Bajo 46015 Valencia
- SUMINISTROS SAN.DE EXTREMADURA Pol. Industrial El Nevero Trece, 28 06006 Badajoz
- TECNOMED 2000 SL C/Palos de la Frontera, 4 28012 Madrid
- PROMEDIC S.A. C/Bermudo I El Diacono, 2, bajo 33012 Oviedo

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas versiones de software de Q-Stress® System, XScribe™ System, HScribe™ System, Vision Express™ System, Diagnostic Cardiology Suite™(DCS), Connex® Cardio ECG y RScribe™ System, debido a que se ha detectado una vulnerabilidad de software que permite la entrada de cualquier nombre de usuario sin proporcionar una contraseña.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 01/03/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V E D Z T B 3 7 F A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89