DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2022-111 | PS/AGM/77069 |

**PRODUCTO**
HeartStart Intrepid, número de modelo 867172

**FINALIDAD PREVISTA**
Monitor/desfibrilador ligero y portátil con cuatro modos de funcionamiento: monitorización, desfibrilación manual/cardioversión sincronizada, DEA y marcapasos.

**Nº DE SERIE**
Ver listado anexo I

**FABRICANTE**
Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc., China

**DISTRIBUIDOR**
Philips Ibérica, S.A. María de Portugal 1, 28050 Madrid

**ASUNTO**
Advertencias de seguridad relacionadas con el monitor/desfibrilador HeartStart Intrepid de Philips, número de modelo 867172, debido a la posible pérdida de la señal de ECG cuando se utiliza el interfaz de monitorización de ECG de 12 derivaciones.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso para centros
- Nota de aviso para distribuidores
- Anexo I

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 02/03/2022**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: N F B V B Q L D C 4**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89