MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-109	PS/SI/77595

PRODUCTO

- Tornillo hexalobe de bloqueo de 3,5 mm x 16 mm, 30-0236
- Tornillo hexalobe de bloqueo de 3,0 mm x 14 mm, 30-0281
- Tornillo hexalobe de bloqueo de 3,0 mm x 14 mm, 30-0281-S

Ver n^{os} UDI afectados en la nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA

Cirugía de osteosíntesis para antepié y mesopié

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Acumed LLC. EE.UU

DISTRIBUIDOR

Acumed Ibérica S.L Álvaro Caballero 14. 28023 Madrid

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de Tornillos hexalobe de bloqueo debido a la posibilidad de que estén etiquetados con números de lote incorrectos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 02/03/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 Y K N S T 3 5 7 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89