DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-108	PS/SI/77231
PRODUCTO NeuMoDx™ Cartridge REF 100100	
FINALIDAD PREVISTA Pruebas para la detección de ARN del SARS-CoV-2	
Nºs DE LOTE 115424, 115425,115426, 115427,115429, 115431	
FABRICANTE NeuMoDx Molecular, a QIAGEN Company. EE.UU	
DISTRIBUIDOR Emergo Europe Prinsessegracht 20. The Hague CP 2514AP. Holanda	
ASUNTO Cese de utilización de determinados lotes de cartuchos NeuMoDx™ Cartridge, Referencia 100100, debido a la posibilidad de obtener resultados falsos positivos para el SARS CoV 2.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 03/03/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D D 9 2 F S 9 D 5 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89