MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-119	PS/PPR/77383

PRODUCTO

- Sistema de cama bariátrica Compella™, modelo P7800A
- Unidad de suministro de aire terapéutico Compella, modelo P7810A

FINALIDAD PREVISTA

Diseñado para prestar apoyo a los pacientes en un contexto sanitario, ayudar en el tratamiento o la prevención de complicaciones pulmonares o de otro tipo asociadas a la inmovilidad, para ayudar en el tratamiento o la prevención de lesiones por presión, o para cualquier otro uso en el que puedan derivarse beneficios médicos de la terapia de rotación lateral continua.

FABRICANTE

HillRom, EEUU

DISTRIBUIDOR

HillRom Iberia S.L., Torre Inibsa, Plaza Europa 9-11, planta 17, 08908 L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados modelos de sistema de cama bariátrica y unidad de suministro de aire terapéutico Compella™, debido a la posibilidad de que los cables puedan dañarse o cortarse por un almacenamiento inadecuado de los mismos durante el transporte de la cama.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/03/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E Q C 3 D 7 D 2 B 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89