MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-121	PS/PPR/77316

PRODUCTO
Unidad de control de cámara (CCU) 1688, referencia 1688010000I, GTIN 07613327420081.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de cámara endoscópica diseñado para producir vídeo en directo en el campo quirúrgico durante procedimientos endoscópicos quirúrgicos.

FABRICANTE
Stryker Endoscopy, EEUU.

DISTRIBUIDOR
TRAUMEDIC BALEAR S.L., C/ Caro 56 Bajos, 07013 Palma de Mallorca, Islas Baleares.

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización de software de la unidad de control de cámara (CCU) 1688 debido a la posibilidad de que la imagen del monitor se voltee hacia abajo en una orientación incorrecta, cuando se utiliza con determinadas configuraciones.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/03/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 X V K 7 7 E 2 A 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89