MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-120	PS/TS/77401

PRODUCTO
Barra Universal Twinbar 670 QRH™ (gancho de liberación rápida). Modelos 3156087 y P3156087. Fabricados antes del 28 de Octubre 2021

FINALIDAD PREVISTA
Elevación y traslado de pacientes

FABRICANTE
Liko AB, Suecia

DISTRIBUIDORES

- Hillrom Iberia Pl. d'Europa nº 9 P 17, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona
- Vialta S.L. Avda. Príncipe de Asturias nº 24 Bajos, 30007 Murcia
- Mediatric S.L. Carrer Muntaner nº 499, 08002 Barcelona

ASUNTO
Advertencias de seguridad y cese de utilización en combinación con la báscula Liko® de determinados modelos de barra Universal Twinbar 670 QRH, fabricados antes del 28 de octubre de 2021, debido a la posibilidad de que presenten un perno central de longitud incorrecta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/03/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: A P F K 9 Q Y A 3 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89