MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-122	PS/PPR/77852

PRODUCTO
Tapones para jeringa Self-Righting Luer Slip Tip Cap Yellow, (DISCPAC, 100 pack), código de producto H93866100

FINALIDAD PREVISTA
Tapones destinados a tapar la punta del luer slip y del dispensador Luer lock de las jeringas utilizadas en la administración parenteral, para evitar fugas y contaminación.

Nº LOTE
60268365, 60268609 y 60268610

FABRICANTE
Baxter Healthcare SA, Suiza.

DISTRIBUIDOR
Baxter S.L. Polígono Industrial Sector 14, calle Pouet de Camilo nº 2, 46394 Ribarroja de Túria, Valencia.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados lotes de los tapones para jeringa Self-Righting Luer Slip Tip Cap Yellow, código de producto H93866100, debido a que pueden contener en su lugar tapones self-ringhting, luer lock, yellow, código de producto H938690025, por un error de etiquetado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/03/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: P K 7 Z L P C 2 1 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89