ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-132	PS/TS/77468

PRODUCTOS

- Sistema Artis pheno, nº modelo 10849000,
- Sistema Artis icono biplane, nº modelo 11327600,
- Sistema Artis icono floor, nº modelo 11327700

en combinación con syngo Application Software , nº modelo 11327667

FINALIDAD PREVISTA

Sistemas de imagen intervencionista

VERSION SOFTWARE

VE20

FABRICANTE

Siemens Healthcare GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15 28906 Getafe (Madrid)

ASUNTO

Advertencia de seguridad y actualización de software relacionadas con los sistemas Artis pheno, Artis icono biplane y Artis icono floor en combinación con syngo Application Software, debido a la posibilidad de que las imágenes se reflejen a lo largo de los ejes horizontal y vertical por accidente, tras cargar datos de imagen de TC de equipos Toshiba.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa