MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-129	PS/PPR/77853

PRODUCTO
Implantes de traumatología de Zimmer Biomet.
Ver listado con las descripciones, números artículo y UDI en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Implantes utilizados en procedimientos quirúrgicos para traumatismos de los miembros superiores, traumatismos de los miembros inferiores, pies y tobillos y Medicina Deportiva

Nº LOTE
Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Biomet Orthopedic LLC, EEUU.

DISTRIBUIDOR
VORTROM BCN, C/ Progrés nº1, Polígono Industrial La Ferreira, 08110 Montcada I Reixac, Barcelona

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados implantes de traumatología de Zimmer Biomet, debido a que su esterilidad podría estar comprometida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 14/03/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 2 V 5 L P X R E 5 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89