MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-125	PS/PRV/77315

PRODUCTO

- MAGIC Clavo trocantérico Izquierdo 10x340 mm 125°, referencia 398120340S
- MAGIC Clavo trocantérico Izquierdo 10x385 mm 125°, referencia 398120385S
- MAGIC Clavo trocantérico Derecho 11x400 mm 135°, referencia 398211400S
- MAGIC Clavo trocantérico Derecho 10x340 mm 125°, referencia 398220340S
- MAGIC Clavo trocantérico Derecho 10x280 mm 130°, referencia 398230280S

FINALIDAD PREVISTA

Indicados para fracturas intertrocantéreas, pretrocantéreas, pseudoartrosis, subtrocantéreas, pretrocantéreas y dafisarias, fracturas patológicas: trocanter y diafisis.

Nº LOTE

4005 (398120340S)
4006 (398120385S)
4001 (398211400S)
4003, 4004, 4005 (398220340S)
4002 (398230280S)

FABRICANTE

Sanatmetal Orthopaedic and Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd., Hungria

DISTRIBUIDOR

FUTURIMPLANTS S.L. Josefina Manresa Quesada 113, Elche, Alicante

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de clavos trocantéricos MAGIC debido a que fueron montados con tornillos anti-rotatorios en un ángulo equivocado.

RECOMENDACIONES AEMPS

La AEMPS, consultada su red de expertos en la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología, recomienda evitar la carga precoz en los casos en que existan dudas sobre la solidez del montaje una vez bloqueado. En caso de detectarse una migración precoz del implante, debe valorarse su retirada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/03/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 7 Q 9 P J K 4 4 9 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89