MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-136	PS/TS/77785

PRODUCTO
Válvulas hemostáticas Access-9™ y AccessPLUS™.
Ver códigos de catálogo en la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE
Ver nº de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Merit Medical Systems, Inc. EE.UU.

DISTRIBUIDOR
Merit Medical Spain C/ Rozabella (ed Paris) nº 6 C.P. 28290 Las Rozas (Madrid)

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados códigos de catálogo y lotes de las válvulas hemostáticas Access-9™ y AccessPLUS™ debido a un defecto en su diseño que da lugar a un hueco interno en el que la guía podría quedar atrapada y dificultar su avance.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/03/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: P E C R A W 6 B B 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89