MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-143	PS/TS/77692

PRODUCTO
Kit para la determinación de ácidos biliares totales Randox. N^{os} de catálogo BI3863 y BI7982

N^{os} LOTE
567619 y 567595

FABRICANTE
Laboratorios Randox Ltd., Reino Unido

DISTRIBUIDOR
Laboratorios Randox S.L. C/ Enric Prat de la Riba nº 226 C.P. 08901 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

ASUNTO
Cese de utilización de determinados lotes de los kits para la determinación de ácidos biliares totales Randox debido a la posibilidad de obtener resultados falsamente reducidos o aumentados dentro del rango de referencia normal.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 18/03/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Z W J 6 P 6 W 8 C D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89