MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-145	PS/NA/78090

PRODUCTO

Sistemas de Tomografía Computarizada (CT):

- Revolution CT
- Revolution CT ES
- Revolution Apex
- Revolution CT con Apex Edition

Nº SERIE

Ver los nº de serie afectados en el apéndice de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

GE Medical Systems, LLC, EEUU.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España S.A., calle Gobelas 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas Revolution CT, Revolution CT ES, Revolution Apex y Revolution CT con Apex Edition, debido a un posible error en la dosis mostrada por SmartStep.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/03/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V B A G 7 L J 3 6 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89