MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-155	PS/AGM/78468

PRODUCTO
DESFI-DORMO Juego de dos electrodos multifunción, Referencia EDC-1020, Código TOO07.
UDI-DI: 8427734003992

FINALIDAD PREVISTA
Electrodos multifunción con cable para desfibrilación, monitorización de E.C.G. y cardioversión sincronizada.

Nº LOTE
325/02-22

FABRICANTE
TELIC, S.A.U, España

DISTRIBUIDOR
TELIC, S.A.U., Polígono Industrial Can Barri, C/ Molí d'en Barri, 7, 08415 Bigues i Riells, Barcelona

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 325/02-22 de los electrodos multifunción DESFI-DORMO, Referencia EDC-1020, Código TOO07, debido a la posibilidad de que presenten un defecto en el siliconado del protector que impide que éste se desprenda del electrodo, quedando el producto inutilizado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/03/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 N B 5 V Y R D 2 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89