MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2022-158 | PS/MJF/78329 |

**PRODUCTO**
Anti-Lu$^{a}$ (LU1), N.º de catálogo 808216 y UDI 07611969951864.

**FINALIDAD PREVISTA**
Reactivo policlonal para la determinación del grupo sanguíneo Anti-Lu$^{a}$ (LU1).

**Nº LOTE**
3113160-00

**FABRICANTE**
Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH, Alemania.

**DISTRIBUIDOR**
Bio-Rad Laboratories S.A. Calle Caléndula 95, El soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas, Madrid.

**ASUNTO**
Cese de utilización del lote 3113160-00 del reactivo policlonal para la determinación del grupo sanguíneo Anti-Lu$^{a}$ (LU1), debido a la posibilidad de obtener resultados falsos negativos.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**
- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 30/03/2022**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: P P S 5 2 C F D E 6**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89