MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-168	PS/AGM/78416

PRODUCTO
Jeringa Plastipak™ de 50 ml con punta Luer-Lok™
Referencia: 300865

FINALIDAD PREVISTA
Inyección de medicamentos, extracción de sangre y aspiración de fluidos de viales, ampollas y partes del cuerpo por debajo de la superficie de la piel. Potencial uso en bombas de infusión de jeringa.

FABRICANTE
Becton Dickinson S.A., España

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson, S.A., Camino de Valdeoliva, s/n, 28750 San Agustín del Guadalix, Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con la Jeringa Plastipak™ de 50 ml Luer-Lok™, con referencia 300865, debido a una posible entrada de aire si el cilindro de la jeringa está dañado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/04/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Z 8 P Q A 7 N 1 1 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89