DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-169	PS/NA/78585

PRODUCTO
Elevador de suelo Sara Plus equipado con una placa de circuito impreso (PCB) PCB HMX1350.

Nº SERIE
La empresa indicará a cada centro en la nota de aviso el código de producto y configuración afectada.

FABRICANTE
Arjo Huntleigh AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
ARJO IBERIA SLU Polígono Can Salvatella. C/Cabanyes 1-7, Barberà del Vallés, 08210 Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con los elevadores de suelo Arjo Sara Plus equipados con una placa de circuito impreso PCB HMX1350-1, debido a la posibilidad de que la PCB se dañe durante su uso, provocando un sobrecalentamiento de la pieza y una excesiva emisión de calor.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 06/04/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E S R C Q X V C 0 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89