MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-180	PS/PRV/78765

PRODUCTO
Neuroestimulador implantable Vanta™. Modelo 977006

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivo de neuroestimulación que genera impulsos eléctricos y proporciona estimulación a través de uno o más electrodos como parte de un sistema de estimulación para la terapia del dolor

FABRICANTE
Medtronic, Inc, EE UU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica S.A., C/ María de Portugal, 11, CP 28050, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el neuroestimulador implantable Vanta™, modelo 977006, debido a la posibilidad de que no pueda comunicase con el programador del médico o con el sistema de programación del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 12/04/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 7 6 6 B 9 P 5 8 E 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89