MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2022-183	PS/PL/78829

PRODUCTO
Mango a pila de Laringoscopios Economy F.O., verde REF 03.41001.721
Mango a pila de Laringoscopios Economy WL, azul REF 03.11001.721

FINALIDAD PREVISTA
Visión directa o inspección de la laringe en procesos de intubación durante anestesias en hospitales, para asegurar vías respiratorias libres en medicina intensiva o para la intubación oral de accidentados en la medicina de urgencias.

Nº LOTE
U =2013; **V** =2014; **W** =2015; **X** =2016; **Y** =2017; **Z** =2018; **A** =2019; **B** =2020

FABRICANTE
KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG, Alemania

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de determinados mangos de laringoscopio Economy, referencias 03.41001.721 y 03.11001.721, limitándose su vida útil a 5 años por el envejecimiento del material.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 12/04/2022
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: W K X K 2 Q R D 0 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89